



Mielec, dnia 27 listopada 2020 r.

Numer referencyjny: PN.7.2020.PSPR

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy postępowania pn. „Zakup ambulansu typu C z wyposażeniem na potrzeby Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu”

**WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANY
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 w zw. z ust. 2 oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przedstawia treść kolejnych wniosków o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wpłynęły w postępowaniu pn. „Zakup ambulansu typu C z wyposażeniem na potrzeby Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu” wraz z wyjaśnieniami:

Zapytanie nr 4:

Dot. Pulsoksymetru z opcją kapnometrii

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie na zasadzie równoważności pulsoksymetru z opcją kapnometrii firmy SOLARIS o następujących parametrach:

- SpO2 zakres pomiaru 0-100%
- dokładność +/- 2% w zakresie 70-100%
- Tętno zakres pomiaru: 30-250 bpm
- dokładność 1 bpm lub +/-2%
- EtCO2 zakres pomiaru: 0-150 mmHg
- częstość oddechow: 0-150 bpm
- alarmy: 3 stopniowe, wizualne i dźwiękowe
- pojemność baterii: ≥ 12 godzin tylko SpO2, ≥ 5 godzin SpO2 + CO2
- wymiary 73mm x 127mm x 23mm
- waga: 500g

Wyjaśnienia nr 4:

Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie nr 5:

Dot. Kasku ratowniczego

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie na zasadzie równoważności kasku ratowniczego o następujących parametrach:

- boczne, przednie i tylne zabezpieczenie przed uderzeniami z absorbującej wstrząsy folii EPS.
- wentylowana wkładka dla zwiększenia komfortu przy zachowaniu wysokiego współczynnika ochrony.
- zewnętrzna powłoka o bardzo wysokiej wytrzymałości. Prążkowany segment górny rozprasza energię uderzenia.



POWIATOWA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWE
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD W MIELCU



Numer Certyfikatu
10/38/0065/J/19-1
ISO 9001:2015

- niezwykle wygodna więźba z taśmy terylenowej.
- skorupa ochronna białego koloru.
- lekka wkładka EPS zmniejsza wagę, zapewniając jednocześnie maksymalną ochronę.
- regulacja obwodu głowy za pomocą koła zapadkowego.
- zgodny z normą EN-1789 jako obowiązkowy wymóg dla każdego członka załogi dla ambulansów drogowych typu B i C.

Wyjaśnienia nr 5:

Zmawiający wyraża zgodę.

Niniejsze wyjaśnienia i zmiany stają się integralną częścią SIWZ.

DYREKTOR
Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu
w Mielcu

dr n. med. Grzegorz Galuska