



Mielec, dnia 6 lutego 2019 r.

1/PSPR SPZ/PN/2019

**Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy postępowania pn. „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu”

**WYJAŚNIENIA  
DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przedstawia treść wniosków o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu wraz z wyjaśnieniami:

**WNIOSEK NR 1:**

Pakiet 2, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych, z dwoma otworami bocznymi i jednym centralnym, dł. 60 cm, jałowy, barwne i numeryczne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu?

**WYJAŚNIENIE:**

Zamawiający dopuszcza cewnik z barwnym oznaczeniem na cewniku i numerycznym oznaczeniu rozmiaru na opakowaniu. Zamawiający dokonał odpowiedniej zmiany załącznika nr 2 do SIWZ – Formularza cenowego dla Pakietu nr 2 pozycja 1. Zmieniony Formularz cenowy Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej.

**WNIOSEK NR 2:**

Pakiet 2, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści cewnik urologiczny Foleya, dwudrożny, latex, jednostronnie silikonowany, opakowanie aseptyczne podwójne, rozm. od 14 do 24

**WYJAŚNIENIE:**

Zamawiający dopuszcza. Zamawiający dokonał odpowiedniej zmiany załącznika nr 2 do SIWZ – Formularza cenowego dla Pakietu nr 2 pozycja 3. Zmieniony Formularz cenowy Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej.

**WNIOSEK NR 3:**

Pakiet 2, pozycja 8 – Czy Zamawiający dopuści maskę do resuscytatora, jednorazowego użytku, jednoczęściowa z nadmuchiwanym miękkim mankietem. Rozmiar oznaczony odpowiednim kolorem pierścienia, rozmiary od 1 do 5.

**WYJAŚNIENIE:**

Zamawiający dopuszcza. Zamawiający dokonał odpowiedniej zmiany załącznika nr 2 do SIWZ – Formularza cenowego dla Pakietu nr 2 pozycja 8. Zmieniony Formularz cenowy Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej.

**WNIOSEK NR 4:**

Pakiet 2, pozycja 9 – Czy Zamawiający dopuści resuscytator silikonowy dla dorosłych, do sterylizacji w autoklawie w 121C, akcesoria wykonane z polikarbonu, worek samorozprężny 1630 ml, z dodatkowym uchwytem zapobiegającym wypadnięciu z ręki. W zestawie trzy maski, worek samorozprężny z



zaworami, worek tlenowy z zaworem, przewód tlenowy z końcówkami dł. 2m. Zestaw w kasecie z tworzywa sztucznego?

**WYJAŚNIENIE:**

Zamawiający dopuszcza. Zamawiający dokonał odpowiedniej zmiany załącznika nr 2 do SIWZ – Formularza cenowego dla Pakietu nr 2 pozycja 9. Zmieniony Formularz cenowy Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej.

**WNIOSEK NR 5:**

Pakiet 2, pozycja 9 – Czy Zamawiający dopuści resuscytator silikonowy dla dorosłych z jedną maską w zestawie?

**WYJAŚNIENIE:**

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zamiany.

**WNIOSEK NR 6:**

Pakiet 2, pozycja 10 – Czy Zamawiający dopuści resuscytator silikonowy dla dorosłych z jedną maską w zestawie?

**WYJAŚNIENIE:**

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zamiany.

**WNIOSEK NR 7:**

Pakiet 2, pozycja 9-11 – Czy Zamawiający dopuści resuscytatory w kartonowym opakowaniu?

**WYJAŚNIENIE:**

Zamawiający wymaga opakowania zgodnego z SIWZ.

**WNIOSEK NR 8:**

Pakiet 2, pozycja 11 – Czy Zamawiający dopuści resuscytator silikonowy dla noworodków, do sterylizacji w autoklawie do 121C z maską nr 0, worek samorozprężny z zaworami, worek tlenowy z zaworem, przewód tlenowy z końcówkami dł. 2m, łącznik pacjenta i zawór dolny wykonane z polikarbonu. Worek PC samorozprężny 350 ml. Zestaw w kasecie z tworzywa sztucznego.

**WYJAŚNIENIE:**

Zamawiający dopuszcza. Zamawiający dokonał odpowiedniej zmiany załącznika nr 2 do SIWZ – Formularza cenowego dla Pakietu nr 2 pozycja 11. Zmieniony Formularz cenowy Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej.

**WNIOSEK NR 9:**

Pakiet 2, pozycja 24 – Czy Zamawiający dopuści prowadnice do rurek intubacyjnych.

Giętka, sterylna prowadnica umożliwiająca nadanie rurkom intubacyjnym odpowiedniej krzywizny.

Rozmiary:

1. od 2,5 do 3,5
2. od 4,0 do 5,5
3. od 6,0 do 10,0

**WYJAŚNIENIE:**

Zamawiający dopuszcza. Zamawiający dokonał odpowiedniej zmiany załącznika nr 2 do SIWZ – Formularza cenowego dla Pakietu nr 2 pozycja 24. Zmieniony Formularz cenowy Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej.

**WNIOSEK NR 10:**

Pakiet 2, pozycja 27 – Czy Zamawiający dopuści pojemnik histopatologiczny na formalinę 10%, gotowy do użycia, szczelnie zamykany, naklejka z polem do podpisu, pojemność 20 ml, 100 szt w opakowaniu

**WYJAŚNIENIE:**



Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zamiany.

**WNIOSEK NR 11:**

Pakiet 3, pozycja 6 – Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby kubki posiadały atest PZH ?

**WYJAŚNIENIE:**

Zamawiający wymaga dostarczenia kubków zgodnych z SIWZ.

**WNIOSEK NR 12:**

Pakiet 3, pozycja 7 – Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby kieliszki posiadały atest PZH ?

**WYJAŚNIENIE:**

Zamawiający wymaga dostarczenia kieliszków zgodnych z SIWZ.

**WNIOSEK NR 13:**

Pakiet 3, pozycja 8 – Czy Zamawiający dopuści prześcieradła jednorazowe, papierowe, perforowane rozmiar 50x100mb ?

**WYJAŚNIENIE:**

Zamawiający dopuszcza. Zamawiający dokonał odpowiedniej zmiany załącznika nr 2 do SIWZ – Formularza cenowego dla Pakietu nr 3 pozycja 8. Zmieniony Formularz cenowy Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej.

**WNIOSEK NR 14:**

Pakiet 3, pozycja 9 – Czy Zamawiający dopuści prześcieradło podfoliowane medyczne w rolce, rozmiar 50 cm x 50 mb, perforacja co 38 cm. 2 warstwy celulozy 1 warstwa folii

**WYJAŚNIENIE:**

Zamawiający dopuszcza. Zamawiający dokonał odpowiedniej zmiany załącznika nr 2 do SIWZ – Formularza cenowego dla Pakietu nr 3 pozycja 9. Zmieniony Formularz cenowy Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej.

**WNIOSEK NR 15:**

Pakiet 3, pozycja 13 – Czy Zamawiający dopuści elektrody EKG z żelzem, okrągłe o średnicy 50 mm, samoprzylepne ( wymiar +/- 10%) (pakowane po 50 szt. w opakowaniu)

**WYJAŚNIENIE:**

Zamawiający dopuszcza. Zamawiający dokonał odpowiedniej zmiany załącznika nr 2 do SIWZ – Formularza cenowego dla Pakietu nr 3 pozycja 13. Zmieniony Formularz cenowy Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej.

**WNIOSEK NR 16:**

Zadanie 3, pozycja 17 - Czy zamawiający dopuści zamiennik, kompatybilny do defibrylatora Lifepack 12 oraz Lifepack 15?

**WYJAŚNIENIE:**

Zamawiający nie dopuszcza proponowanej zmiany.

**WNIOSEK NR 17:**

Zadanie 3, pozycja 17 - Czy zamawiający dopuści papier w rozmiarze 106,5 x 23 mb ?

**WYJAŚNIENIE:**

Zgodnie z SIWZ.



**WNIOSEK NR 18:**

Zadanie 3, pozycja 19 - Czy zamawiający dopuści pojemnik na odpady medyczne o pojemności 1-1,5 L?

**WYJAŚNIENIE:**

Zamawiający nie dopuszcza proponowanej zmiany.

**WNIOSEK NR 19:**

Zadanie 3, pozycja 23 - Czy zamawiający dopuści szpatułki w rozmiarze 150 x 17 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**WYJAŚNIENIE:**

Zamawiający dopuszcza. Zamawiający dokonał odpowiedniej zmiany załącznika nr 2 do SIWZ – Formularza cenowego dla Pakietu nr 3 pozycja 23. Zmieniony Formularz cenowy Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej.

**WNIOSEK NR 20:**

Zadanie 3, pozycja 27 - Czy zamawiający dopuści uchwyt do stabilizacji rurki intubacyjnej posiadający specjalną śrubę dociskającą, umożliwiającą zamontowanie każdego rozmiaru rurki intubacyjnej?

**WYJAŚNIENIE:**

Zamawiający nie dopuszcza proponowanej zmiany.

**WNIOSEK NR 21:**

Zadanie 3, pozycja 28 - Czy zamawiający dopuści worek na wymiociny o pojemności 1,5 L?

**WYJAŚNIENIE:**

Zamawiający dopuszcza. Zamawiający dokonał odpowiedniej zmiany załącznika nr 2 do SIWZ – Formularza cenowego dla Pakietu nr 3 pozycja 28. Zmieniony Formularz cenowy Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej.

**WNIOSEK NR 22:**

Zadanie 3, pozycja 31 - Czy zamawiający dopuści nerkę medyczną j.u. z pulpy celulozowej o wymiarach 250 x 146 x 50 mm?

**WYJAŚNIENIE:**

Zamawiający dopuszcza. Zamawiający dokonał odpowiedniej zmiany załącznika nr 2 do SIWZ – Formularza cenowego dla Pakietu nr 3 pozycja 31. Zmieniony Formularz cenowy Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej.

**WNIOSEK NR 23:**

Zadanie 3, pozycja 32- Czy zamawiający dopuści kaczkę tradycyjną j.u. o pojemności 875 ml?

**WYJAŚNIENIE:**

Zamawiający dopuszcza. Zamawiający dokonał odpowiedniej zmiany załącznika nr 2 do SIWZ – Formularza cenowego dla Pakietu nr 3 pozycja 32. Zmieniony Formularz cenowy Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej.

**WNIOSEK NR 24:**

Zadanie 3, pozycja 35 - Czy zamawiający dopuści wziernik w rozmiarze 4,0?

**WYJAŚNIENIE:**

Zamawiający wymaga dostarczenia wziernika w rozmiarze 4,0 w pozycji 36.

**WNIOSEK NR 25:**

Zadanie 3, pozycja 34-36 - Czy zamawiający dopuści wzierniki pakowane następująco 1 opak= 250 sztuk?



**WYJAŚNIENIE:**

Zgodnie z SIWZ.

**WNIOSEK NR 26:**

Zadanie 3, pozycja 37 - Czy zamawiający dopuści okulary zabezpieczające z plastiku bez gumki mocującej z regulowanymi zausznikami?

**WYJAŚNIENIE:**

Zamawiający dopuszcza. Zamawiający dokonał odpowiedniej zmiany załącznika nr 2 do SIWZ – Formularza cenowego dla Pakietu nr 3 pozycja 37. Zmieniony Formularz cenowy Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej.

**WNIOSEK NR 27:**

Zadanie 3, pozycja 44 - Czy zamawiający dopuści szyny palcowe w rozmiarze 230x 20 ?

**WYJAŚNIENIE:**

Zgodnie z SIWZ.

**WNIOSEK NR 28:**

Zadanie 3, pozycja 45- Czy zamawiający dopuści szyny palcowe w rozmiarze 230x 20 ?

**WYJAŚNIENIE:**

Zamawiający dopuszcza. Zamawiający dokonał odpowiedniej zmiany załącznika nr 2 do SIWZ – Formularza cenowego dla Pakietu nr 3 pozycja 45. Zmieniony Formularz cenowy Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej.

**WNIOSEK NR 29:**

Zadanie 3, pozycja 46 - Czy zamawiający dopuści szyny Kramera w rozmiarze 400 x 20 ?

**WYJAŚNIENIE:**

Zgodnie z SIWZ.

**WNIOSEK NR 30:**

Zadanie 3, pozycja 49 - Czy zamawiający dopuści elektrody samoprzylepne w rozmiarze 36 x 50 mm ?

**WYJAŚNIENIE:**

Zgodnie z SIWZ.

**WNIOSEK NR 31:**

Pakietu nr 4 poz. 1 i 2 - Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności zestawy do konikotomii Quicktrach dla dorosłych (powyżej 10 lat) oraz dzieci (od 2 do 10 lat)?

Szczegółowy opis zaoferowanych produktów:

- Sterylnie pakowany zestaw składa się z paska mocującego, strzykawki i rurki łączącej.
- Ruchoma blokada (znacznik głębokości wkłucia) umożliwi wkłucie na optymalną głębokość bez uszkodzenia tylnej ściany tchawicy.
- Stożkowa końcówka igły gwarantuje minimalny, konieczny otwór wkłucia, redukując ryzyko krwawienia.
- Strzykawka ułatwia stabilne utrzymanie igły Quicktrach w czasie wykonywania wkłucia i poprzez aspirację powietrza pozwala na identyfikację wejścia do tchawicy.

Quicktrach występuje w dwóch rozmiarach:

- 4 mm – cewnik dla dorosłych: model 30-04-002-1
- 2 mm – cewnik dla dzieci: model 30-04-004-1

**WYJAŚNIENIE:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych.



**WNIOSEK NR 32:**

Pakiet nr 1 poz. 1-6 - Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli po pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment.

**WYJAŚNIENIE:**

Zgodnie z SIWZ.

**WNIOSEK NR 33:**

Pakiet nr 1 poz. 18-24, poz. 26, poz. 27 - Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli po pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment.

**WYJAŚNIENIE:**

Zgodnie z SIWZ.

**WNIOSEK NR 34:**

Pakiet nr 1 poz. 18-24 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli o przepływach. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Rozmiar kaniuli (GAUGE)	Rozmiar cewnika w mm	Przepływ ml/min
16 G	1,70 x 45	200
17 G	1,50 x 45	140
18 G	1,20 x 38	105
20 G	1,00 x 32	64
22 G	0,80 x 25	38
24 G	0,70 x 19	22

**WYJAŚNIENIE:**

Zgodnie z SIWZ.

**WNIOSEK NR 35:**

Pakiet nr 1 poz. 24 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koreczków pakowanych po 100 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym

**WYJAŚNIENIE:**

Zamawiający dopuszcza.

**WNIOSEK NR 36:**

Pakiet nr 1 poz. 29-34 - Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli po pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment.

**WYJAŚNIENIE:**

Zgodnie z SIWZ.

**WNIOSEK NR 37:**

Pakiet nr 1 poz. 29-32 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawkę w rozmiarze 2/3 ml, 5/6 ml, 10/12ml, 20/24 ml.

**WYJAŚNIENIE:**

Zamawiający dopuszcza. Zamawiający dokonał odpowiedniej zmiany załącznika nr 2 do SIWZ – Formularza cenowego dla Pakietu nr 1 pozycja 29-32. Zmieniony Formularz cenowy Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej.

**WNIOSEK NR 38:**



Pakiet nr 1 poz. 29-32 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek z kontrastującym tłem

**WYJAŚNIENIE:**

Zamawiający dopuszcza. Zamawiający dokonał odpowiedniej zmiany załącznika nr 2 do SIWZ – Formularza cenowego dla Pakietu nr 1 pozycja 29-32. Zmieniony Formularz cenowy Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej.

**WNIOSEK NR 39:**

Pakiet nr 1 poz. 32 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanej po 80 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym

**WYJAŚNIENIE:**

Zamawiający dopuszcza.

**WNIOSEK NR 40:**

Pakiet nr 7 poz. 1-4 - Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli po pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment.

**WYJAŚNIENIE:**

Zgodnie z SIWZ.

**WNIOSEK NR 41:**

Pakiet nr 7 poz. 1-4 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli bezpiecznej z 3 paskami kontrastującymi RTG.

**WYJAŚNIENIE:**

Zamawiający dopuszcza. Zamawiający dokonał odpowiedniej zmiany załącznika nr 2 do SIWZ – Formularza cenowego dla Pakietu nr 7 pozycja 1-4. Zmieniony Formularz cenowy Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej.

**WNIOSEK NR 42:**

Pakiet nr 7 poz. 4 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli 14 G 2,1 x 45 mm: 270 ml/min

**WYJAŚNIENIE:**

Zamawiający dopuszcza. Zamawiający dokonał odpowiedniej zmiany załącznika nr 2 do SIWZ – Formularza cenowego dla Pakietu nr 7 pozycja 4. Zmieniony Formularz cenowy Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej.

**WNIOSEK NR 43:**

Dotyczy wzoru umowy - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do wzoru Umowy zapisu następującej treści:

"Strony zgodnymi oświadczeniami woli ustalają, iż zgodnie z zasadą dobrowolności stosowania mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment), we wzajemnych rozliczeniach Stron nie będzie stosowany wskazany wyżej mechanizm".

**WYJAŚNIENIE:**

Zamawiający nie wprowadza zmian do wzoru umowy.

**WNIOSEK NR 44:**

Pakiet 1, pozycje 1 – 6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionych pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

**WYJAŚNIENIE:**

Zgodnie z SIWZ



**WNIOSEK NR 45:**

Pakiet 1, pozycje 35 – 40 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionych pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

**WYJAŚNIENIE:**

Zgodnie z SIWZ. Zamawiający przygotował odrębny pakiet nr 5 na dostawę rękawiczek.

**WNIOSEK NR 46:**

Pakiet 2, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści cewnik z numerycznym oznaczeniem rozmiaru na opakowaniu jednostkowym, zamiast na konektorze?

**WYJAŚNIENIE:**

Zamawiający dopuszcza. Zamawiający dokonał odpowiedniej zmiany załącznika nr 2 do SIWZ – Formularza cenowego dla Pakietu nr 2 pozycja 1. Zmieniony Formularz cenowy Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej.

**WNIOSEK NR 47:**

Pakiet 2, pozycja 8 - Czy Zamawiający dopuści maski dostępne w rozmiarach 0 – 5?

**WYJAŚNIENIE:**

Zamawiający dopuszcza. Zamawiający dokonał odpowiedniej zmiany załącznika nr 2 do SIWZ – Formularza cenowego dla Pakietu nr 2 pozycja 8. Zmieniony Formularz cenowy Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej.

**WNIOSEK NR 48:**

Pakiet 2, pozycje 9 – 13, 27 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionych pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

**WYJAŚNIENIE:**

Zgodnie z SIWZ.

**WNIOSEK NR 49:**

Pakiet nr 7, pozycja 9 - Czy zamawiający w poz.9 będzie wymagał igły bezpieczne w rozmiarach:0,8x38 mm,0,7x32mm,0,6x25mm

**WYJAŚNIENIE:**

Zamawiający dopuszcza.

**WNIOSEK NR 50:**

Pytanie – do pakietu nr 1 poz. 7-9 - Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający dopuści szwy pakowane w opakowaniach po 24 szt., cena podana za op. = 12 szt., reszta parametrów bez zmian?

**WYJAŚNIENIE:**

Zamawiający dopuszcza opakowanie 24 szt. W przypadku oferowania opakowania handlowego innej wielkości niż podano Wykonawca powinien dokonać odpowiedniego przeliczenia zgodnie ze wskazówkami zawartymi w SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonał zmiany załącznika nr 2 do SIWZ – Formularza cenowego dla Pakietu nr 1 pozycja 7 (zmieniona ilość z 5 na 6 opakowań). Zmieniony Formularz cenowy Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej.

**WNIOSEK NR 51:**





Pytanie – do pakietu nr 1 poz. 12 - Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający dopuści szwy pakowane w opakowaniach po 36 szt., cena podana za op. = 12 szt., reszta parametrów bez zmian?

**WYJAŚNIENIE:**

Zamawiający dopuszcza opakowanie 24 szt. W przypadku oferowania opakowania handlowego innej wielkości niż podano Wykonawca powinien dokonać odpowiedniego przeliczenia zgodnie ze wskazówkami zawartymi w SIWZ.

**WNIOSEK NR 52:**

Pytanie – do pakietu nr 1 poz. 26 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządów w opakowaniach jednostkowych foliowych. Reszta parametrów niezmiennona.

**WYJAŚNIENIE:**

Zamawiający dopuszcza. Zamawiający dokonał odpowiedniej zmiany załącznika nr 2 do SIWZ – Formularza cenowego dla Pakietu nr 1 pozycja 26. Zmieniony Formularz cenowy Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej.

**WNIOSEK NR 53:**

Pytanie – do pakietu nr 2 poz. 3 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników Foley'a z silikonowaną powierzchnią zewnętrzną ułatwiającą wprowadzenie. Pozostałe parametry bez zmian.

**WYJAŚNIENIE:**

Zamawiający dopuszcza. Zamawiający dokonał odpowiedniej zmiany załącznika nr 2 do SIWZ – Formularza cenowego dla Pakietu nr 2 pozycja 3. Zmieniony Formularz cenowy Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej.

**WNIOSEK NR 54:**

Pytanie – do pakietu nr 2 poz. 8 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie masek do resuscytatora w rozmiarach od 0 do 5, pozostałe parametry bez zmian?

**WYJAŚNIENIE:**

Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający dokonał odpowiedniej zmiany załącznika nr 2 do SIWZ – Formularza cenowego dla Pakietu nr 2 pozycja 8. Zmieniony Formularz cenowy Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej.

**WNIOSEK NR 55:**

Pytanie – do pakietu nr 2 poz. 12 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rezerwuaru tlenowego dla dorosłych i dzieci o pojemności 2500 ml ?

**WYJAŚNIENIE:**

Zamawiający dopuszcza. Zamawiający dokonał odpowiedniej zmiany załącznika nr 2 do SIWZ – Formularza cenowego dla Pakietu nr 2 pozycja 12. Zmieniony Formularz cenowy Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej.

**WNIOSEK NR 56:**

Pytanie – do pakietu nr 2 poz. 13 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rezerwuaru tlenowego o pojemności 1000 ml ?

**WYJAŚNIENIE:**

Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający dokonał odpowiedniej zmiany załącznika nr 2 do SIWZ – Formularza cenowego dla Pakietu nr 2 pozycja 13. Zmieniony Formularz cenowy Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej.

**WNIOSEK NR 57:**

Pytanie – do pakietu nr 2 poz. 17 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie filtr oddechowy wirusowo-bakteriobójczy sterylny z wymiennikiem ciepła i wilgoci, z portem do kapnografii zamkniętym



zatyczką, połączoną na stałe z filtrem, objętość płynowa 300-1500 ml, przestrzeń martwa 45 ml, czas działania do 24 godzin?

**WYJAŚNIENIE:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**WNIOSEK NR 58:**

Pytanie – do pakietu nr 2 poz. 21 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurek krtaniowych nowej generacji LTS-D jednorazowych dwukanałowych z dodatkowym kanałem do odsysania treści z przewodu pokarmowego. Pozostałe elementy opisu bez zmian.

**WYJAŚNIENIE:**

Zamawiający dopuszcza. Zamawiający dokonał odpowiedniej zmiany załącznika nr 2 do SIWZ – Formularza cenowego dla Pakietu nr 3 pozycja 21. Zmieniony Formularz cenowy Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej.

**WNIOSEK NR 59:**

Pytanie – do pakietu nr 2 poz. 23 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łyżek wykonanych z metalu, pozostałe parametry bez zmian.

**WYJAŚNIENIE:**

Zamawiający dopuszcza. Zamawiający dokonał odpowiedniej zmiany załącznika nr 2 do SIWZ – Formularza cenowego dla Pakietu nr 3 pozycja 23. Zmieniony Formularz cenowy Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej.

**WNIOSEK NR 60:**

Pytanie – do pakietu nr 3 poz. 1 - Czy Zamawiający wymaga aby na mankiecie znajdowały się specjalne oznaczenia, ułatwiające prawidłowe zakładanie mankietu?

**WYJAŚNIENIE:**

Zamawiający nie stawia wyżej opisanych warunków.

**WNIOSEK NR 61:**

Pytanie – do pakietu nr 3 poz. 26 - Czy Zamawiający wymaga zgłębników żołądkowych z zatyczką?

**WYJAŚNIENIE:**

Zamawiający nie stawia wyżej opisanych warunków, jednocześnie Zamawiający dopuszcza zgłębników z zatyczką.

**WNIOSEK NR 62:**

Pytanie – do pakietu nr 3 poz. 31 - Czy Zamawiający dopuści nerkę medyczną o wymiarach 245 x 115 x 50mm ?

**WYJAŚNIENIE:**

Zamawiający dopuszcza. Zamawiający dokonał odpowiedniej zmiany załącznika nr 2 do SIWZ – Formularza cenowego dla Pakietu nr 3 pozycja 31. Zmieniony Formularz cenowy Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej.

**WNIOSEK NR 63:**

Pytanie – do pakietu nr 3 poz. 49 - Czy Zamawiający dopuści elektrody owalne o rozmiarze 48x34 mm?

**WYJAŚNIENIE:**

Zamawiający dopuszcza. Zamawiający dokonał odpowiedniej zmiany załącznika nr 2 do SIWZ – Formularza cenowego dla Pakietu nr 3 pozycja 49. Zmieniony Formularz cenowy Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej.

**WNIOSEK NR 64:**



Pytanie – do pakietu nr 3 poz. 49 - Czy Zamawiający ma na myśli podanie ceny jednostkowej za opak. = 50 szt. elektrod?

**WYJAŚNIENIE:**

Tak. Zamawiający uzupełnił opis znajdujący się w załączniku nr 2 do SIWZ – Formularza cenowego dla Pakietu nr 3 pozycja 49. Zmieniony Formularz cenowy Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej.

**WNIOSEK NR 65:**

PAKIET NR 3 - Czy zamawiający wydzieli z pakietu nr 3 pozycje do odrębnego pakietu?

**WYJAŚNIENIE:**

Zgodnie z SIWZ.

**WNIOSEK NR 66:**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3 z pakietu nr 2 i stworzy osobny pakiet?

**WYJAŚNIENIE:**

Zgodnie z SIWZ.

Z poważaniem

Dyrektor PPSR SPZ w Mielcu

Maria Napieracz