Mielec, dnia 24 lutego 2020 r.

Numer referencyjny: PN.2.2020.PSPR

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

Dotyczy postępowania pn. „**Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu**"

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 w zw. z ust. 2 oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przedstawia treść wniosków o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu wraz z wyjaśnieniami i zmianami:

Zapytanie nr 1:
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 13
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia o przepływie 22ml/min.
Wyjaśnienia nr 1:
Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Zapytanie nr 2:
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 13
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia o przepływie 22 ml/min.
Wyjaśnienia nr 2:
Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Zapytanie nr 3:
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 14
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia o przepływie 38 ml/min.
Wyjaśnienia nr 3:
Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Zapytanie nr 4:
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 15
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia o przepływie 64 ml/min.
Wyjaśnienia nr 4:
Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Zapytanie nr 5:
Dotyczy pakietu nr 1 pozy. 16
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia o przepływie 105 ml/min.
Wyjaśnienia nr 5:
Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Zapytanie nr 6:
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 17
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia o przepływie 140 ml/min.
Wyjaśnienia nr 6:
Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Zapytanie nr 7:
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 18
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia o przepływie 200 ml/min.
Wyjaśnienia nr 7:
Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Zapytanie nr 8:
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 19
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie korków typu luer-lock pakowanych po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości wymaganej.
Wyjaśnienia nr 8:
Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Zapytanie nr 9:
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 21
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządów w opakowaniach jednostkowych foliowych. Reszta parametrów niezmieniona.
Wyjaśnienia nr 9:
Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Zapytanie nr 10:
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 33
Ze względu na fakt zaprzestania produkcji pojemników 20ml przez dotychczasowego producenta, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemników histopatologicznych z formaliną 10% gotowych do użycia, szczelnie zamykanych z naklejką z polem do opisu o pojemności 40 ml, 100 szt. w opakowaniu.
Wyjaśnienia nr 10:
Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Zapytanie nr 11:
Dotyczy pakietu nr 2 poz. 8
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek anestetycznych zgodnych z opisem Zamówienia, zaś oznaczenie kolorystyczne następujące: 4-biały, 5-niebieski 6- przeźroczysty.

Wyjaśnienia nr 11:
Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Zapytanie nr 12:
Dotyczy pakietu nr 2 poz. 10
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie resuscytatora j. użytku dla dzieci o objętości 680 ml, pozostałe parametry bez zmian.
Wyjaśnienia nr 12:
Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Zapytanie nr 13:
Dotyczy pakietu nr 2 poz. 11
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie resuscytatora j. użytku dla dzieci o objętości 340 ml, pozostałe parametry bez zmian.
Wyjaśnienia nr 13:
Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Zapytanie nr 14:
Dotyczy pakietu nr 2 poz. 14
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika do podawania tlenu o długości 200 cm.
Wyjaśnienia nr 14:
Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Zapytanie nr 15:
Dotyczy pakietu nr 2 poz. 15
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie filtra oddechowego zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia o nawilżeniu 30,1 mg/l przy Vt 1000 ml ?
Wyjaśnienia nr 15:
Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie nr 16:
Dotyczy pakietu nr 2 poz. 16
Czy Zamawiający oczekuje 20 op. masek z gumką po 50 szt. w opakowaniu ?
Wyjaśnienia nr 16:
Zamawiający oczekuje 20 op. masek z gumką po 50 szt. w opakowaniu.

Zapytanie nr 17:
Dotyczy pakietu nr 2 poz. 21
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurek krtaniowych nowej generacji LTS-D jednorazowych dwuświatłowych z dodatkowym kanałem do odsysania treści z przewodu pokarmowego. Pozostałe elementy opisu bez zmian.
Wyjaśnienia nr 17:
Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Zapytanie nr 18:
Dotyczy pakietu nr 2 poz. 20
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łyżek Millera w rozmiarze #00, pozostałe rozmiary i parametry bez zmian.
Wyjaśnienia nr 18:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Zapytanie nr 19:
Dotyczy pakietu nr 2 poz. 22
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łyżek z podwójnym oświetleniem w rozmiarach: MAC 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5 i Miller 00, 0, 1, 2, 3, 4. Pozostałe wymagania bez zmian.
Wyjaśnienia nr 19:
Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Zapytanie nr 20:
Dotyczy pakietu nr 3 poz. 26
Czy Zamawiający wymaga zgłębników żołądkowych z zatyczką?
Wyjaśnienia nr 20:
Zamawiający nie wymaga.

Zapytanie nr 21:
Dotyczy pakietu nr 3 poz. 28
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worków na wymiociny posiadających okrągły kołnierz z tworzywa sztucznego. Pozostałe wymogi bez zmian.
Wyjaśnienia nr 21:
Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Zapytanie nr 22:
Dotyczy pakietu nr 3 poz. 31
Czy Zamawiający dopuści nerkę medyczną o wymiarach 245 x 115 x 50mm ?
Wyjaśnienia nr 22:
Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Zapytanie nr 23:
Dotyczy pakietu nr 3 poz. 34
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wzierników do otoskopu rozmiar 2,5 mm pakowanych po 100 szt. ilość 1 op.
Wyjaśnienia nr 23:
Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Zapytanie nr 24:
Dotyczy pakietu nr 3 poz. 35
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wzierników do otoskopu rozmiar 3 mm pakowanych po 100 szt. ilość 1 op.
Wyjaśnienia nr 24:
Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Zapytanie nr 25:
Dotyczy pakietu nr 3 poz. 36
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wzierników do otoskopu rozmiar 4 mm pakowanych po 100 szt. ilość 1 op.
Wyjaśnienia nr 25:
Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Zapytanie nr 26:
Dotyczy pakietu nr 9 poz. 8
Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający dopuści szwy z podwójną igłą naczyniową okrągłą ½ koła, reszta parametrów bez zmian?
Wyjaśnienia nr 26:
Zamawiający we wskazanej pozycji wymaga dostawy asortymentu zgodnego z SIWZ.

Zapytanie nr 27:
Dotyczy pakietu nr 5 poz. 1
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 pozycja 1 oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dopuści również rękawice diagnostyczne, bezpudrowe, wykonane z syntetycznego nitrylu, z teksturowaną powierzchnią na końcach palców, chlorowane i pokryte powłoką polimerową ułatwiającą zakładanie rękawiczek, rolowany mankiet. AQL 1,0. Grubość na koniuszku palca na palcu 0,10mm±0,01, na dłoni 0,07mm±0,01, na mankiecie 0,06mm±0,01, długość min. 240 mm. Wytrzymałość na rozerwanie: min 6 N zgodnie z zharmonizowaną europejską normą EN 455-2. Materiał wolny od Tiuramów i Mercaptobenzothiazoli (MBT). Spełniające wymagania EN 455 1-4. Przebadane zgodnie z EN 16523/ EN 374-3 na przenikanie substancji chemicznych, środek ochrony osobistej kategorii III. Zgodne z EN 374-2 oraz EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą zharmonizowaną EN ISO 374-5. Zgodne z normą EN 420. Zakwalifikowane do bezpośredniego kontaktu z żywnością (piktogram na opakowaniu lub raport z badań migracji globalnej zgodnie z Rozporządzeniem 10/2011). Pakowane po 100 lub 200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Wyjaśnienia nr 27:
Zamawiający we wskazanej pozycji wymaga dostawy asortymentu zgodnego z SIWZ.

Zapytanie nr 28:
Dotyczy pakietu nr 5 poz. 1
Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu posiadania przez rękawice znaku jakości RAL, w związku z tym, że aktualnie obowiązującym oraz kluczowym wskaźnikiem spełniania przez produkt wymogów prawnych Unii Europejskiej jest oznaczenie CE. Oznaczenie RAL jest oznaczeniem branżowym i dotyczy obecnie bielizny medycznej. W obecnie stosowanych przepisach dotyczących dopuszczenia rękawic medycznych do obrotu nie ma zastosowania znak jakości RAL, zatem wymóg ten poprzez wskazanie konkretnej firmy opiniotwórczej może nosić znamiona próby ograniczenia konkurencji.
Wyjaśnienia nr 28:
Zamawiający informuje, że odstępuje od wymogu posiadania przez rękawice znaku jakości RAL.

Zapytanie nr 29:
Dotyczy pakietu nr 5 poz. 2
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 pozycja 2 oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dopuści również rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, chlorowane obustronnie, mikroteksturowane, w pełni anatomiczny kształt - zróżnicowane na prawą i lewą dłoń, mankiet z prostym zakończeniem, o średniej grubości ścianki na palcu: 0,22 mm, na mankiecie: 0,24mm, długość min. 285mm, siła zrywu przed starzeniem 18N, AQL max 1,0 , niski poziom protein lateksowych- poniżej 30µg/g (wg EN 455-3), pozbawione alergenów lateksowych: Hev b1, hev b3, hev b5-potwierdzone testem FitKit, pozbawione pirogenów (wg ISO 10993-11), odporne na przenikanie patogenów krwiopochodnych wg AVPP, sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma, zaklasyfikowane jako wyrób medyczny kl. IIa, zgodne z EN 455-1,2,3, 4, EN 556, ISO 11137-1, produkowane zgodnie z ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, opakowanie

jednostkowe zewnętrzne foliowe, rękawice składane na pół, dyspenser otwierany w pionie i poziomie, część pionowa wyposażona w 2 otwory umożliwiające zwrot nieużytych rękawic; rozm.. 5,5-9,0?

Wyjaśnienia nr 29:

Zamawiający we wskazanej pozycji wymaga dostawy asortymentu zgodnego z SIWZ.

Zapytanie nr 30:

Dotyczy pakietu nr 9 poz. 1

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 9 pozycja 1 dopuści i będzie wymagał szew jednowłóknowy niewchłanialny, poliamidowy o zmniejszonej hydrofilności pakowany na mokro. Igły o zwiększonej stabilności w imadle, wykonanej ze stopu stali odpornej na odkształcenie. Igła 19mm, 3/8 koła odwrotnie tnąca kosmetyczna II generacji, dwuwklęsła PRIME, rozmiar 3/0, długość nitki 45cm, kolor czarny. Opakowanie po 36 sztuk. Pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienia nr 30:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Zapytanie nr 31:

Dotyczy pakietu nr 9 poz. 2

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 9 pozycja 2 dopuści i będzie wymagał szew jednowłóknowy niewchłanialny, poliamidowy o zmniejszonej hydrofilności pakowany na mokro. Igły o zwiększonej stabilności w imadle, wykonanej ze stopu stali odpornej na odkształcenie. Pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienia nr 31:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Zapytanie nr 32:

Dotyczy pakietu nr 9 poz. 3

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 9 pozycja 3 dopuści i będzie wymagał szew jednowłóknowy niewchłanialny, poliamidowy o zmniejszonej hydrofilności pakowany na mokro. Igły o zwiększonej stabilności w imadle, wykonanej ze stopu stali odpornej na odkształcenie. Opakowanie po 36 sztuk. Pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienia nr 32:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Zapytanie nr 33:

Dotyczy pakietu nr 9 poz. 4, 5, 6

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 9 pozycja 4, 5, 6 dopuści i będzie wymagał szew syntetyczny, pleciony, powlekany, wchłanialny o krótkim okresie wchłaniania do 42 dni. Wykonany z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego. Okres podtrzymywania tkankowego 10-14 dni. Zachowanie pierwotnej zdolności zbliżania tkanek po 5 dniach - minimum 50%, po 14 dniach 0%. Igły o zwiększonej stabilności w imadle, wykonanej ze stopu stali odpornej na odkształcenie?

Wyjaśnienia nr 33:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Zapytanie nr 34:

Dotyczy pakietu nr 9 poz. 7

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 9 pozycja 7 dopuści i będzie wymagał szew syntetyczny, pleciony, powlekany, wchłanialny z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego, okres podtrzymywania tkankowego 28-35 dni. Okres wchłaniania 56-70 dni. Zachowanie pierwotnej zdolności podtrzymywania tkankowego: po 14 dniach - minimum 75% po 21 dniach - minimum 50% po 28

dniach - minimum 25%. Igły o zwiększonej stabilności w imadle, wykonanej ze stopu stali odpornej na odkształcenie. Igła 19mm, 3/8 koła, odwrotnie tnąca, rozmiar 5/0, opakowanie a'36 sztuk. Pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienia nr 34:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Zapytanie nr 35:

Dotyczy pakietu nr 9 poz. 8

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 9 pozycja 8 dopuści i będzie wymagał szew syntetyczny, polipropylenowy, niewchłanialny, jednowłóknowy z kontrolowanym rozciąganiem i plastycznym odkształcaniem węzła. Igły o zwiększonej stabilności w imadle, wykonanej ze stopu stali odpornej na odkształcenie. Igła 13mm, ½ koła okrągła, nić 75cm niebieska, rozmiar 5/0, opakowanie a'36 sztuk?

Wyjaśnienia nr 35:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Zapytanie nr 36:

Dotyczy zapisów Wzoru Umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ).

- czy Zamawiający dopuści możliwość zmiany zapisów wzoru umowy § 9 ust. 1 – na następujące:
- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wyko-nawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości do 10% wartości nie-zrealizowanej części umowy.

Wyjaśnienia nr 36:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści umowy. Zastrzeżone w umowie kary powinny bowiem służyć zabezpieczeniu terminowego i należytego wykonania umowy i mobilizować dłużnika do prawidłowego wykonania zobowiązania. Zastrzeżona kara umowna przede wszystkim służy prewencyjnej ochronie specyficznego interesu prawnego Zamawiającego, udzielającego świadczeń zdrowotnych m. in. w zakresie ratownictwa medycznego. Wykonawca ma użyć wszelkich sił i środków do wykonania umówionego zobowiązania bowiem Zamawiający odpowiada za życie i zdrowie pacjentów.

Zapytanie nr 37:

Dotyczy pakietu nr 3 poz. 11

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej ofert jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment w pakiecie.

Wyjaśnienia nr 37:

Zamawiający nie dokonuje zmiany SIWZ w wyżej wskazanym zakresie.

Zapytanie nr 38:

Dotyczy pakietu nr 3 poz. 11

Czy Zamawiający wymaga aby w/w opatrunek posiadał dodatkową podkładkę chłonną?

Wyjaśnienia nr 38:

Zamawiający nie wymaga aby opatrunek posiadał dodatkową podkładkę chłonną?

Zapytanie nr 39:

Dotyczy pakietu nr 3 poz. 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w opatrunku pakowanego po 100szt/op z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym.

Wyjaśnienia nr 39:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Zapytanie nr 40:
Dotyczy pakietu nr 8 poz. 1, poz. 2
W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy będzie wymagać, aby Wykonawca był uprawniony przez producenta do dystrybucji na terenie Polski, co związane jest z odpowiedzialnością przed Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych związaną z akcjami korekcyjnymi dotyczącymi incydentów medycznych i potwierdził to odpowiednim dokumentem autoryzacyjnym od producenta oraz dodatkowo załączył dokument w postaci gwarancji wystawionej przez producenta?
Wyjaśnienia nr 40:
Wszystkie rodzaje dokumentów których złożenia będzie wymagał Zamawiający w trakcie postępowania zostały szczegółowo wskazane w Rozdziale XIII SIWZ.

Zapytanie nr 41:
Dotyczy pakietu nr 8 poz. 1, poz. 2
W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy będzie wymagać aby termin przydatności do użycia dostarczonych igieł doszpikowych wynosił przynajmniej 48 miesięcy, dzięki czemu w przypadku ich dłuższego przechowywania nie dojdzie do sytuacji kiedy to nieużyte igły utracą ważność – Zamawiający nie zostanie narażony na straty w wyniku zakupu i nieużycia igieł doszpikowych?
Wyjaśnienia nr 41:
Zamawiający nie wymaga. Zamawiający oczekuje dostawy asortymentu zgodnego z SIWZ.

Zapytanie nr 42:
Dotyczy pakietu nr 8 poz. 1, poz. 2
W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy będzie wymagać aby zamiast wkłuć doszpikowych BIG dla dorosłych i dzieci dostarczyć następną generację tych wkłuć czyli NIO wkłucia doszpikowe dla dorosłych i dzieci, będące nowocześniejsze, łatwiejsze w użyciu i skuteczniejsze od wkłuć doszpikowych BIG?
Wyjaśnienia nr 42:
Zamawiający nie wymaga. Zamawiający oczekuje dostawy asortymentu zgodnego z SIWZ.

Zapytanie nr 43:
Dotyczy pakietu nr 8 poz. 1, poz. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 8 pozycję nr 1 i pozycję nr 2 tworząc osobny pakiet?
Wyjaśnienia nr 43:
Zamawiający nie dokonuje zmiany SIWZ w wyżej wskazanym zakresie.

Zapytanie nr 44:
Dotyczy pakietu nr 2, poz. 4-7, 14
Czy zamawiający wydzieli poz. 4-7,14 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?
Wyjaśnienia nr 44:
Zamawiający nie dokonuje zmiany SIWZ w wyżej wskazanym zakresie.

Zapytanie nr 45:
Dotyczy pakietu nr 2, poz. 4, 7, 14,
Czy zamawiający dopuści dren o długości 200 cm?

Wyjaśnienia nr 45:
Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Zapytanie nr 46:
Dotyczy pakietu nr 3, poz. 4
Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, z rozcięciem w tylnej części, poły do zakładania z tyłu na plecach, wiązany w talii, w kolorze zielonym, o gramaturze 20 g/m2, długi rękaw, zakończony mankietem z bawełnianym ściągaczem o długości 5,5 cm, wiązany z tyłu w talii, niesterylny, w rozmiarze uniwersalnym?
Wyjaśnienia nr 46:
Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Zapytanie nr 47:
Dotyczy pakietu nr 3, poz. 8
Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm?
Wyjaśnienia nr 47:
Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Zapytanie nr 48:
Dotyczy pakietu nr 3, poz. 8
Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm?
Wyjaśnienia nr 48:
Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania.

Zapytanie nr 49:
Dotyczy pakietu nr 3, poz. 8
Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 mt, perforacja co 34 cm?
Wyjaśnienia nr 49:
Zamawiający oczekuje dostawy asortymentu zgodnego z SIWZ.

Zapytanie nr 50:
Dotyczy pakietu nr 3, poz. 31
Czy zamawiający dopuści miskę nerkowatą o wymiarach 250 mm x 135 mm x 40 mm, o pojemności 700 ml?
Wyjaśnienia nr 50:
Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Zapytanie nr 51:
Dotyczy pakietu nr 3, poz. 4-9, 11-12, 19-25, 28-33, 52
Czy zamawiający wydzieli poz. 4-9,11-12,19-25,28-33,52 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?
Wyjaśnienia nr 51:
Zamawiający nie dokonuje zmiany SIWZ w wyżej wskazanym zakresie.

Zapytanie nr 52:
Dotyczy pakietu nr 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie stazy w kolorze czarnym, spełniającej wszystkie pozostałe opis w siwz ?

Wyjaśnienia nr 52:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Zapytanie nr 53:

Dotyczy pakietu nr 10

Czy Zamawiający wydzieli z zadania nr 10 pozycję nr 2 - tj.: staza taktyczna i utworzy dla tego produktu odrębny pakiet ??

Wyjaśnienia nr 53:

Zamawiający nie dokonuje zmiany SIWZ w wyżej wskazanym zakresie.

Zapytanie nr 54:

Dotyczy pakietu nr 5, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawiczki nitrylowe, niebieskie, posiadają uniwersalny kształt i rolowany mankiet. Wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kategorii III. Przebadane pod kątem przenikania określonych substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374 z uzyskaniem certyfikatu z jednostki niezależnej SATRA Technology Centre, Wielka Brytania. Przebadane pod kątem przenikania wirusów zgodnie z ASTM F1671 z uzyskaniem certyfikatu z jednostki niezależnej Nelsons Laboratories, USA. Zgodność z normą PN-EN 455, PN-EN 420, ASTM F1671, dopuszczone do kontaktu z żywnością, brak zawartości tiuramów zarówno w surowcach jak i w procesie produkcyjnym, zgodne z wymaganiami normy ASTM D 6978.

Długość rękawicy ≥240 mm; Grubość na palcu ≥0,14 mm, grubość na dłoni ≥0,12 mm, mankiet ≥0,10 mm. Wewnętrznie chlorowane, powierzchnia gładka, chropowate palce; siła zrywająca przed starzeniem 7,0 ÷ 7,5 N, wydłużenie 400-500 %; AQL 1,5, poziom chwytności 5. Okres ważności 5 lat od daty produkcji, rozmiary XS, S, M, L, XL, opakowanie A'100. Sposób pakowania umożliwia pojedyncze wyjmowanie rękawic z pudełka.

Na poświadczenie powyższego Karta Danych Technicznych.

Wyjaśnienia nr 54:

Zamawiający oczekuje dostawy asortymentu zgodnego z SIWZ.

Zapytanie nr 55:

Dotyczy pakietu nr 5, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne w opakowaniu kartonowym - z perforowanym oknem służące jako dyspenser do wyciągania pojedynczych par rękawic, każda para pakowana osobno w peel-pack (papier foliowany od wewnątrz); rękawice dodatkowo zawinięte w papier medyczny wywinięte mankietem na zewnątrz, chropowata powierzchnia, oznaczone L i P. Jałowe niepudrowane, sterylizowane tlenkiem etylenu - (50 par), obustronnie pokryte polimerem, poziom protein ≤50µg/g, powierzchnia chropowata; długość od ≥ 260 mm do ≥ 280 mm (w zależności od rozmiaru). Grubość na palcu 0,20-0,24 mm, grubość na dłoni 0,18-0,20 mm, mankiet 0,14-0,15 mm; wydłużenie 750 %, AQL 0,65; poziom chwytności 5, siła zrywająca po starzeniu 14 N, siła zrywająca przed starzeniem 16 N, sterylizowane tlenkiem etylenu. Zgodne z normami PN-EN 455-1,-2,-3 oraz ASTM F1671.

Rozmiary od 6,0 do 9,0. /6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0/

Na poświadczenie powyższego Karta Danych Technicznych.

Wyjaśnienia nr 55:

Zamawiający oczekuje dostawy asortymentu zgodnego z SIWZ.

Zapytanie nr 56:

Dotyczy projektu umowy Par. 9, ust. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby słowo "opóźnienia" zastąpić słowem "zwłoki"?
Wyjaśnienia nr 56:
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści umowy. Zastrzeżone w umowie kary powinny bowiem służyć zabezpieczeniu terminowego i należytego wykonania umowy i mobilizować dłużnika do prawidłowego wykonania zobowiązania. Zastrzeżona kara umowna przede wszystkim służy prewencyjnej ochronie specyficznego interesu prawnego Zamawiającego, udzielającego świadczeń zdrowotnych m. in. w zakresie ratownictwa medycznego. Wykonawca ma użyć wszelkich sił i środków do wykonania umówionego zobowiązania bowiem Zamawiający odpowiada za życie i zdrowie pacjentów.

Zapytanie nr 57:
Dotyczy projektu umowy
czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?
Wyjaśnienia nr 57:
Zamawiający nie dokonuje zmiany zapisów wzoru umowy.

Zapytanie nr 58:
Dotyczy pakietu 5, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne teksturowane na końcach palców, bez powłoki polimerowej, AQL=1.0, grubości na palcu 0,12±0,02 mm, na dłoni 0,07±0,02 mm, o średniej sile zrywu min. 7,4N, pakowane po 100szt, z przeliczeniem zamawianych ilości, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
Wyjaśnienia nr 58:
Zamawiający oczekuje dostawy asortymentu zgodnego z SIWZ.

Zapytanie nr 59:
Dotyczy pakietu 5, poz. 2
Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne, o zawartości protein max 33µg/g, długości uzależnionej od rozmiaru i wynoszącej min. 278-290 mm, grubości na palcu 0,22±0,02 mm, spełniające normę EN 455 w całości bez wyszczególnienia części, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?
Wyjaśnienia nr 59:
Zamawiający oczekuje dostawy asortymentu zgodnego z SIWZ.

Zapytanie nr 60:
Dotyczy pakietu nr 5, poz. 2
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie, czy nie doszło do omyłki pisarskiej w opisie przedmiotu zamówienia, gdzie wskazany jest wymóg normy EN 372-4? Czy Zamawiający miał na myśli zgodność z normą EN 374-4?
Wyjaśnienia nr 60:
Zamawiający informuje, że doszło do omyłki.

Zapytanie nr 61:
Dotyczy pakietu nr 5, poz. 1 i 2

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu spełniania normy ISO 16604 i dopuszczenie rękawic odpornych na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671. Norma ISO 16604 bazuje na tej samej metodologii przenikania Bakteriofaga Phx- 174 nie ma więc potrzeby posiadania certyfikatu ISO 16604, ponieważ jest on tożsamy z ASTM F 1671.

Wyjaśnienia nr 61:

Zamawiający odstępuje od wskazanego wymogu.

Niniejsze wyjaśnienia i zmiany stają się integralną częścią SIWZ.

DYREKTOR
Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu
w Mielcu
z dnia med. Grzegorz Gałuszka