

Mielec, dnia 28 stycznia 2021 r.

Numer referencyjny: PN.1.2021.PSPR

**Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia**

*Dotyczy postępowania pn. „Zakup i dostawa 3 szt. ambulansów wraz z wyposażeniem dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu” – zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Wsparcie głównych dysponentów Zespołów Ratownictwa Medycznego na realizację działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych ze środków finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu” w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020*

**WYJAŚNIENIA I ZMIANY  
TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2 oraz na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.), przedstawia treść wniosków o wyjaśnienie treści SWZ wraz wyjaśnieniami i zmianami postanowień SWZ:

**Wniosek nr 1:**

W związku z trudnościami w dostawie opisanego przez Zamawiającego detektora tlenu węgla, zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do zaoferowania na zasadzie równoważności detektora 1-gazowego MSA Altair, stosowanego przez służby ratownicze, o następujących parametrach:

- ALTAIR™ to przenośny detektor służący do monitorowania niedoboru lub nadmiaru tlenu oraz gazów toksycznych. Jest przeznaczony wyłącznie do monitorowania, nie do pomiaru stężenia gazu w otaczającym powietrzu.
- Urządzenie działa nieprzerwanie przez 24 miesiące od momentu uruchomienia, wyświetlając pozostały czas działania w miesiącach (0-24). Jeżeli pozostały czas działania jest krótszy niż miesiąc, wyświetlacz przechodzi do wskazywania dni.

• Podstawowe cechy i funkcje

- czujnik elektrochemiczny;
- zakres pomiaru:
  - - H<sub>2</sub>S: 0-100 ppm;
  - - CO: 0-500 ppm;
  - - O<sub>2</sub>: 0-25%Vol.
- trwała gumowa obudowa w kolorze szarym lub czarnym;
- obudowa IP 67 – odporna na przenikanie wody i kurzu;
- miernik pozwala zapisać w pamięci 25 zdarzeń;
- wyświetlacz LCD z dużymi wyraźnymi oznaczeniami;



- łatwy w użyciu - posiada jeden przycisk operacyjny, który umożliwia dostęp do
- wszystkich funkcji miernika
- Rodzaje alarmów: Alarmy - dwie bardzo jasne diody z kątem widzenia 320° oraz głośny sygnał dźwiękowy;
- Głośność sygnału dźwiękowego - 95 dB @ 30 cm.;
- Dane techniczne
  - Wymiary: 86 x 51 x 50 mm (dł. x szer. x głęb.) – z klamrą mocującą;
  - Waga: waga 125 g (z baterią i zaciskiem);
  - Bateria: 3.6V - suche baterie . AA (Litowe), niewymienne; żywotność baterii 24 miesiące w normalnych warunkach.
- Certyfikacja
  - Produkt ALTAIR™ posiada oznaczenie CE i jest zgodny z następującymi dyrektywami:
  - Dyrektywa 94/9/EC (ATEX) : FZU 05 ATEX 0250
  - II 2G EEx ia IIC T4;
  - -20 °C ≤ Ta ≤ +50 °C;
  - EN 50 014, EN 50 020
  - Dyrektywa 89/336/EC (EMC) EN 50 270 Typ 2, EN 61 000-6-3

#### **Wyjaśnienia nr 1:**

Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności opinane urządzenie.

#### **Wniosek nr 2:**

Dotyczy IV, pkt. 5

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności sterowanie sygnalizacją świetlno-dźwiękowej poprzez manetkę?

Wyjaśnienie: Takie rozwiązanie poprawia bezpieczeństwo oraz ergonomię jazdy, gdyż kierowca nie musi odrywać rąk od kierownicy przy włączaniu sygnalizacji świetlnodźwiękowej.

#### **Wyjaśnienia nr 2:**

Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności zaproponowane rozwiązanie.

#### **Wniosek nr 3:**

Dotyczy §5 pkt. 7 projektu umowy- prosimy o rezygnację z zapisu „Ponadto w przypadku niewykonania naprawy gwarancyjnej w terminie określonym w § 5 ust. 5, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 (st.: pięćset) zł za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1b Umowy”, jeżeli zgodnie z pkt. 6 Zamawiający wymaga aby Wykonawca w terminie wskazanym w § 5 ust. 5 dostarczył do siedziby Zamawiającego, na swój koszt i ryzyko, ambulans sanitarny typu C wraz z kompletnym wyposażeniem, spełniający aktualnie obowiązujące wymagania dla pojazdów tego typu, o tożsamy lub lepszych parametrach technicznych i użytkowych w miejsce zgłoszonego do naprawy gwarancyjnej.

#### **Wyjaśnienia nr 3:**

Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany treści wzoru umowy.

#### **Wniosek nr 4:**

Prosimy o ujednoczenie zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia rozdział IX pkt. 1 ppkt. 1.4 „ ... wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert ...” z zapisem rozdział X pkt. 2 ppkt. 2.5 „ ... wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat ...”

#### **Wyjaśnienia nr 4:**

Zamawiający informuje, że zapisy ust. 1.4. Rozdziału IX SWZ są doprecyzowaniem zapisów ust. 2.5. Rozdziału X SWZ. Zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415) wskazany okres trzyletni liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert. Ponadto zamawiający wskazuje, że dostawy ambulansów z reguły nie będą świadczeniami powtarzającymi się lub ciągłymi dlatego w opisie warunku udziału w postępowaniu użyto wyrażenia „wykonanych”, gdyż zamawiający oczekuje wykazania się należytych wykonaniem dostaw już zrealizowanych.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany stają się integralną częścią SWZ.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego  
Samodzielny Publiczny Zakład w Mińsku

z up.

*Anna Midura*  
Anna Midura